

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.16/2019
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα 21.11.2019, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό **13050** και ημερομηνία **15.11.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Αλεξίου Γεωργία, γραμματέας-πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **7** μελών βρέθηκαν παρόντα **6**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Τσιώτος Βλάσιος ,2)Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3) Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία 4)Λόντος Αναστάσιος,5)Δούρης Σωτήριος, 6)Κολοτούρος Λάμπρος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/Κάσσιος Δημήτριος , ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκενόμιμα.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 48/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών εντός της πόλης του Ξυλοκάστρου»

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κάνοντας εισήγηση στο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ. 13489/2019 που αναφέρει ότι :

«Σας αποστέλλουμε προς έγκριση το αίτημα που έχει υποβάλλει η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ η οποία έχει προγραμματίσει να προβεί σε εκσκαφές για αντικατάσταση υπογείου καλωδίου για τεχνικούς λόγους, επί της οδού ΠΕΟ Κορινθου- Πατρών (Ι.Ιωάννου) στο Ξυλόκαστρο από την οδό Τουμπανάκη έως την Αγίου Μακαρίου. Στα πλαίσια του παραπάνω έργου απαιτείται ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τις ημέρες εκτέλεσης των εργασιών. Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις φαίνονται σε σχέδιο το οποίο επισυνάπτεται σε τρία αντίγραφα. Η διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα είναι 20 ημέρες και η έναρξη τους θα είναι από την ημέρα που θα εκδώσει σύμφωνη γνώμη η Αστυνομία Κορίνθου.

Η Τεχνική Υπηρεσία συνηγορεί στην έγκριση του αιτήματος που συνέταξε και υπέβαλε ο Ανάδοχος με τους εξής όρους:

- Ο ανάδοχος της ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να συμμορφωθεί με τα λεγόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 11500/9.10.2019 έγγραφο που έχει εκδώσει η ΔΤΥ με τίτλο: « Εκσκαφή πεζοδρομίων για την αντικατάσταση φθαρμένου καλωδίου Μ.Τ. από τον Υ/Σ 4 Ξυλοκάστρου έως τον Υ/Σ 5 Ξυλοκάστρου στο Ξυλόκαστρο.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες που είτε εσκεμμένα είτε από αμέλεια προκαλέσει κατά την εκτέλεση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, το αρ. 13475/2019 αίτημα της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ με τα συνημμένα στοιχεία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπέβαλε η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών (Ι.Ιωάννου) από την οδό Τουμπανάκη έως τη Αγίου Μακαρίου , εντός της πόλης του Ξυλοκάστρου, προκειμένου να προβεί σε εκσκαφές για την αντικατάσταση υπογείου καλωδίου για τεχνικούς λόγους .

Η διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα είναι είκοσι (20)ημέρες.

Επισημαίνεται :

- Ο ανάδοχος της ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να συμμορφωθεί με τα λεγόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 11500/9.10.2019 έγγραφο που έχει εκδώσει η ΔΤΥ με τίτλο: « Εκσκαφή πεζοδρομίων για την αντικατάσταση φθαρμένου καλωδίου Μ.Τ. από τον Υ/Σ 4 Ξυλοκάστρου έως τον Υ/Σ 5 Ξυλοκάστρου στο Ξυλόκαστρο.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες που είτε εσκεμμένα είτε από αμέλεια προκαλέσει κατά την εκτέλεση του έργου.

Πριν την έναρξη των ανωτέρω ρυθμίσεων πρέπει να προηγηθεί Απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 48/2019
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ